



# Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00

Brno

Manažerské shrnutí pro EK (*není součástí tohoto právního předpisu*)

Měřidla tepla a jejich členy (samostatné podsestavy) jsou v ČR uváděny na trh a do provozu podle směrnice 2004/22/ES MID. Po uvedení do provozu jsou předmětem národní metrologické regulace – ověřování (ve stanovených lhůtách). Předmětem tohoto notifikovaného předpisu je pouze ověřování měřidel již uvedených do provozu. Předpis se netýká ani uvádění na trh, ani uvádění do provozu (s výjimkou případů dle čl. 23 MID).

Požadavky uplatňované na tato měřidla v provozu jsou plně kompatibilní s MID a jsou dále založeny na harmonizovaných evropských normách EN 1434-1, EN 1434-2 a EN 1434-5.

Některé zde uvedené parametry jsou vlastnostmi měřidla jako nového a zde se uvádějí pouze proto, že jejich zachování v provozu je předmětem vizuální či jiné kontroly v rámci ověření.

*(Konec manažerského shrnutí.)*

Č.j.: 0313/008/14/Pos.

Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil

Telefon: 545 555 135, -131

Český metrologický institut (dále jen „ČMI“), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla dle § 14 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“), a dle ustanovení § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), zahájil z moci úřední dne 28. 8. 2014 správní řízení dle § 46 SprŘ, a na základě podkladů vydává toto:

## I.

### OPATŘENÍ OBECNÉ Povahy

číslo: 0111-OOP-C048-14

č.j. 0313/008/14/Pos.,

**kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel:**

**„měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“**

Toto opatření obecné povahy stanovuje metrologické a technické požadavky na měřidla tepla dodaného teplonosnou kapalinou a jejich členy (samostatné podsestavy) – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, které se uplatní po uvedení na trh nebo do provozu při jejich ověřování. Tyto požadavky jsou v souladu s požadavky nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla<sup>1)</sup>, v platném znění (dále jen „nařízení vlády o měřidlech“) a s požadavky harmonizovaných norem. Pojmem „podsestava“ se v tomto předpise míní „samostatná podsestava“ ve smyslu uvedeného nařízení vlády.

Na snímače teploty jako členy měřidel tepla, jejichž typ byl schválen podle zákona o metrologii, ve znění účinném do 30. října 2006, tedy ve stavu před implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, v platném znění, do českého právního řádu, se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly platné pro jejich uvedení do oběhu.

## 1 Základní pojmy

Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM a VIML<sup>2)</sup> a dále uvedené termíny a definice.

### 1.1

#### **měřidlo tepla**

měřidlo, které je určeno pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu a které je navrženo pro měření tepla, které se ve výměníku tepla předává kapalinou nazývanou teplonosná kapalina

POZNÁMKA Pojmy „měřidlo tepla“ a „měřič tepla“ se považují za přechodně dovolená synonyma.

### 1.2

#### **snímač teploty (jako člen měřidla tepla)**

podsestava dvou párovaných snímačů teploty teplonosné kapaliny, které měří teplotu teplonosné kapaliny v přívodní větvi a teplotu teplonosné kapaliny ve vratné větvi teplosměnného okruhu

### 1.3

#### **odporový snímač teploty**

konstrukční celek, skládající se z měřicího odporu, vnitřního vedení, ochranné trubice a přípojovacích svorek

POZNÁMKA Může obsahovat hlavici, ale neobsahuje teploměrovou jímku.

### 1.4

#### **(odporový) snímač teploty se zabudovaným převodníkem**

konstrukční celek, skládající se z měřicího odporu, vnitřního vedení, ochranné trubice, přípojovacích svorek a převodníku s výstupem, který může být zabudován v hlavici snímače teploty nebo samostatně

POZNÁMKA Výstup může být analogový (např. 4 mA až 20 mA) nebo digitální (např. HART). Neobsahuje teploměrovou jímku.

### 1.5

#### **párované snímače teploty**

dva vybrané odporové snímače teploty nebo snímače teploty se zabudovaným převodníkem, které mají obdobné metrologické vlastnosti a tvoří nezaměnitelný pár

---

<sup>1)</sup> Tímto nařízením vlády je do české legislativy implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. března 2004, o měřidlech, v platném znění.

<sup>2)</sup> Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) a Mezinárodní slovník termínů v legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace „Terminologie v oblasti metrologie“ veřejně dostupného na [www.unmz.cz](http://www.unmz.cz).

**1.6****vnitřní vedení**

vodiče spojující vývody měřicího odporu s hlavicí, popřípadě svorkovnicí nebo kabelem; může být provedeno jako dvoj, tří nebo čtyřvodičové

**1.7****horní/dolní mezní hodnota rozsahu teploty  $\theta_{\max}/\theta_{\min}$** 

nejvyšší/nejnižší teplota teplonosné kapaliny, při níž musí měřidlo tepla pracovat, aniž by došlo k překročení největších dovolených chyb

**1.8****základní odpor  $R_0$** 

odpor snímače při teplotě 0 °C

**1.9****minimální hloubka ponoru**

ponor, kdy změna indikované teploty dosahuje maximálně 0,1 °C (od hodnoty při plném ponoru)

**1.10****vyhodnocovací jednotka, kalorimetrické počítadlo**

podstava, která přijímá výstupní signály snímačů teploty, snímače tlaku a snímače průtoku teplonosné kapaliny a dále je zpracovává, stanovuje a ukazuje množství odevzdaného tepla

**2 Metrologické požadavky**

Metrologické požadavky na snímače teploty jako členy měřidel tepla dodaného teplonosnou kapalinou pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech<sup>1)</sup> s využitím relevantních požadavků harmonizovaných norem.

Na snímače teploty jako členy měřidel tepla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.

**2.1 Stanovené pracovní podmínky****2.1.1 Podmínky prostředí**

Měřidla tepla a jejich členy musí řádně pracovat v rozsahu teploty okolí specifikovaném výrobcem jako rozsah pracovních teplot, který musí být pro vnitřní prostředí alespoň +5 °C až +55 °C a pro vnější prostředí -25 °C až +55 °C.

**2.1.2 Teplonosná kapalina**

Rozsah stanovených pracovních podmínek teplonosné kapaliny stanoví výrobce hodnotami:

- a) pro teplotu kapaliny:  $\theta_{\max}$ ,  $\theta_{\min}$ ,
- b) pro teplotní rozdíly na přívodu výměníku  $\theta_{\text{in}}$  a výstupu výměníku  $\theta_{\text{out}}$ :  $\Delta\theta_{\max}$ ,  $\Delta\theta_{\min}$ ,  
při těchto omezeních:
  - $\Delta\theta_{\max}/\Delta\theta_{\min} \geq 10$ ,
  - $\Delta\theta_{\min} = 3 \text{ K}$  nebo  $5 \text{ K}$  nebo  $10 \text{ K}$ ,
- c) pro tlak kapaliny: maximální kladný vnitřní tlak, kterému může měřidlo tepla dlouhodobě odolávat při horní mezní teplotě.

**2.2 Třídy přesnosti**

Pro samostatné snímače teploty nejsou definovány třídy přesnosti.

## 2.3 Největší dovolená chyba snímačů teploty

### 2.3.1 Největší dovolená chyba snímačů teploty při ověřování

Relativní největší dovolená chyba snímače teploty  $E_t$  vyjádřená v % je:

$$E_t = (0,5 + 3 \Delta\theta_{\min}/\Delta\theta)$$

kde chyba  $E_t$  vztahuje indikovanou hodnotu a konvenční hodnotou, který vyplývá ze vztahu mezi výstupem snímače teploty a rozdílem teplot.

Hodnota kritické změny pro samostatnou podsestavu snímače teploty je rovna příslušné absolutní hodnotě největší dovolené chyby použitelné pro danou samostatnou podsestavu.

Pro párované snímače teploty platí, že žádný ze snímačů dvojice se nesmí lišit od stanovené hodnoty o více než 2 K.

### 2.3.2 Největší dovolené chyby v používání

Při ověřování měřidel v používání prováděném podle § 11, odst. 4 zákona o metrologii na vyžádání strany, jejíž zájmy mohou být významně poškozeny nesprávným měřením, se jako největší dovolené chyby uplatní dvojnásobek „největších dovolených chyb“ uvedených v článku 2.3.1.

## 3 Technické požadavky

Technické požadavky na snímače teploty jako členy měřidel tepla dodaného teplonosnou kapalinou pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu jsou založeny na požadavcích nařízení vlády o měřidlech<sup>1)</sup> s využitím relevantních požadavků harmonizovaných norem.

Na snímače teploty jako členy měřidel tepla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.

### 3.1 Všeobecně

Podsestava snímače teploty musí zahrnovat platinové odporové snímače teploty vybrané jako párované dvojice.

Kde podsestava obsahuje neoddělitelné snímače teploty a vyhodnocovací jednotku, tam se smějí použít také jiné typy párovaných snímačů teploty.

Výrobce musí specifikovat typ montáže snímače teploty se zabudovaným převodníkem nebo bez něj, např. provedení pro montáž do jímky nebo provedení s ochranným pláštěm pro přímou instalaci do potrubí, apod.

### 3.2 Velikost měřidla a celkové rozměry

Pro velikosti potrubí až do a včetně DN 250 se používají 3 různé typy snímačů teploty:

- přímo montované krátké sondy bez jímky – Typ DS
- přímo montované dlouhé sondy bez jímky – Typ DL
- dlouhé sondy do jímky – Typ PL

Typy PL a DL mohou mít buď sondy s trvale připojeným připojovacím vedením, nebo sondy s hlavicí obsahující převodník. Typ DS musí mít stabilně připojený kabelový vývod.

Velikost sondy snímače a celkové rozměry snímače teploty určí výrobce.

Výrobce musí deklarovat největší dovolený pracovní tlak.

### 3.3 Materiály ochranného pláště

Odporový snímač teploty musí být chráněn před korozí, vnikáním vlhkosti a mechanickým a tepelným zatížením.

Ochranný plášť sondy pro přímou montáž musí být z materiálu, který je dostatečně pevný a odolný vůči korozi a má nezbytnou tepelnou vodivost.

### 3.4 Elektrické vlastnosti

#### 3.4.1 Odporové charakteristiky

Výrobce musí specifikovat základní odpor  $R_0$  a počet vodičů vnitřního vedení. U dvou vodičového zapojení musí být specifikován odpor přívodních vodičů. Jednotlivé vodiče musí být identifikovány, aby nemohlo dojít k jejich záměně.

Střední hodnoty elektrického odporu snímače teploty musí být interpolovány použitím následovně:

$$R_1 = R_0 (1 + At + Bt^2)$$

kde je

- $R_1$  hodnota elektrického odporu při teplotě  $t$  v  $\Omega$  (kromě elektrického odporu spojovacího vedení),
- $R_0$  hodnota elektrického odporu při teplotě  $0^\circ\text{C}$  v  $\Omega$  (základní hodnota) (kromě elektrického odporu spojovacího vedení),
- $A$   $3,9083 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ,
- $B$   $-5,775 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-2}$ .

#### 3.4.2 Izolační odpor

Elektrické připojení impulzního zařízení má dvě svorky. Obě svorky musí být izolovány od země (např. potrubí nebo pouzdro) s izolačním odporem větším než  $100 \text{ M}\Omega$  měřeným při stejnosměrném napětí  $100 \text{ V}$  v referenčních podmínkách.

#### 3.4.3 Snímače teploty pro 2-vodičovou metodu

Délka a průřez obou vodičů signálového vedení párovaných odporových snímačů teploty oddělitelných podsestav musí být totožné.

Délka signálového vedení, jak jej dodává výrobce, nesmí být změněna.

Maximální přípustná délka vedení pro každý jeho průřez je vypočtena tak, že vytvořená chyba nesmí překročit 0,2 násobek největší dovolené chyby párovaných teplotních sond a s využitím rozdílu hodnot elektrických odporů vyvolaných rozdíly teplot v přívodním a vratném potrubí.

Vliv délky signálového vedení je možné zanedbat, jestliže celkový elektrický odpor přívodů snímače teploty Pt 100 nepřekročí dvakrát  $0,2 \Omega$ .

#### 3.4.5 Snímače teploty pro 4-vodičovou metodu

Jestliže požadavky na délku kabelu v 3.4.3 nemohou být splněny, pak musí být použito 4-vodičové připojení.

Vodiče musí být jasně identifikovatelné tak, aby nemohly být zaměněny.

Pro snímače s hlavicí se doporučuje průřez vodičů  $0,5 \text{ mm}^2$  a pro snímače s kabelovým vývodem pak minimální průřez  $0,14 \text{ mm}^2$ .

#### 3.4.6 Napájení

Způsob napájení snímačů teploty je určen výrobcem.

### 3.5 Jiné snímače teploty

Jsou povoleny i jiné druhy snímačů teploty než uvedené v 3.2, pak musí být zkoušeny jako součást samostatné podsestavy vyhodnocovací jednotky.

### 3.6 Indikační zařízení převodníku

Je-li převodník teploty vybaven indikačním zařízením, musí indikovat alespoň teplotu měřeného média. Identifikace a jednotka každé hodnoty nebo parametru, které mohou být indikovány, musí být jasně zobrazeny vedle nebo na displeji měřené hodnoty.

Minimální výška číslic na displeji musí být 4 mm. Musí být možné jasně a správně odečítat ukazovatel pod úhlem 15° od kolmice k jeho okénku v rozsahu teplot okolí.

### 3.7 Software

Software, který je zásadní pro metrologické vlastnosti elektronického převodníku, musí být identifikovatelný a musí být zabezpečen. Identifikace softwaru musí být umožněna jednoduchým způsobem.

Pokud byl podsestavě přidružen software, který poskytuje další funkce mimo měřicí funkci, musí být software, který je pro metrologické vlastnosti kritický, identifikovatelný a nesmí být nepřípustně ovlivněn přidruženým softwarem.

### 3.8 Ochrana před nedovolenou manipulací

Snímače teploty musí mít ochranné zařízení, kterým mohou být zaplombovány takovým způsobem, aby po zaplombování, které může být provedeno před nebo po správné instalaci měřidla tepla, neexistovala žádná možnost rozebírání, odstranění nebo záměny snímače teploty nebo jeho nastavování bez poškození snímače nebo plomb(y).

## 4 Značení snímačů teploty

### 4.1 Značení na podsestavě měřidla

Snímač teploty musí být na hlavici nebo na bezpečně zaplombovaném štítku jasně a viditelně nesmazatelným způsobem označen následujícími informacemi:

- a) název dodavatele nebo jeho obchodní značka,
- b) typ - včetně označení Pt (např. Pt 100), roku výroby a výrobního čísla,
- c) mezní hodnoty rozsahu teploty ( $\theta_{\min}$  a  $\theta_{\max}$ ). U měřidel pro vytápění/chlazení smí být specifikována doplňková řada mezních hodnot pro rozsah chlazení,
- d) mezní hodnoty rozdílu teplot ( $\Delta\theta_{\min}$  a  $\Delta\theta_{\max}$ ). U měřidel pro vytápění/chlazení smí být specifikována doplňková řada mezních hodnot pro rozsah chlazení,
- e) největší dovolený pracovní tlak,
- f) pokud je třeba, identifikace snímačů teploty v přívodním a vratném potrubí.

### 4.2 Umístění úřední značky

Umístění úředních značek je stanoveno certifikátem schválení typu, certifikátem ES přezkoušení typu, nebo jiným dokumentem aplikovaným v rámci posouzení shody při uvedení na trh a do provozu.

## 5 Schvalování typu měřidla

Snímače teploty jako samostatné podsestavy (členy) měřidel tepla dodaného teplotonosnou kapalinou, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu, jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle nařízení vlády o měřidlech<sup>1)</sup> a nepodléhají tak schvalování typu.

## 6 Prvotní ověření

Snímače teploty jako samostatné podsestavy (členy) měřidel tepla dodaného teplonosnou kapalinou, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu jsou uváděny na trh a do provozu s posouzením shody podle nařízení vlády o měřidlech.

Prvotní ověření se vztahuje pouze na nová měřidla, která mají platný certifikát o schválení typu s využitím přechodného ustanovení podle § 9 nařízení vlády o měřidlech, a na ověřování měřidel po opravě.

Při prvotním ověření se aplikuje postup identický s následným ověřením podle kapitoly 7.

## 7 Následné ověření

Následné ověření, tj. každé ověření měřidla provedeném po předchozím ověření, a případně ověření podle § 11, odst. 4 zákona o metrologii je prováděno podle tohoto OOP bez ohledu na to, zda měřidlo bylo uvedeno na trh a do oběhu podle zákona o metrologii, nebo podle nařízení vlády o měřidlech.

Na snímače teploty se při ověřování uplatňují metrologické a technické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do oběhu.

Jestliže jsou párované snímače teploty a vyhodnocovací jednotka zkoušeny jako neoddělitelná podsestava, musí být zkoušeny jako samostatná podsestava vyhodnocovací jednotky.

### 7.1 Přehled prováděných zkoušek

Při každém ověření se provádí následovné činnosti a zkoušky:

- a) vizuální prohlídka,
- b) funkční zkoušky
  - zkouška přesnosti snímače teploty,
  - zkouška izolačního odporu.

### 7.2 Vizuální prohlídka

Při vizuální prohlídce snímače teploty se posuzuje, zda:

- měřidlo předložené k ověření se shoduje se schváleným typem nebo s provedením měřidla, u kterého byla prohlášena shoda v rámci uvedení na trh, a pozornost musí být věnována kontrole označení ve smyslu kapitoly 4,
- měřidlo není mechanicky poškozeno a kovové části nenesou stopy koroze, které by mohly mít nepříznivý vliv na funkci měřidla.

Pokud měřidlo nevyhoví požadavkům vizuální prohlídky, dále se nezkouší.

### 7.3 Funkční zkoušky

#### 7.3.1 Zkušební vybavení

Rozšířená nejistota měření teploty indikovaného zkušebním zařízením:

- nesmí překročit  $\frac{1}{3}$  největší dovolené chyby snímače teploty, nebo
- musí být odečtena od největších dovolených chyb dané podsestavy snímače teploty k získání nových největších dovolených chyb.

### 7.3.2 Zkouška přesnosti snímače teploty

Jednotlivé snímače teploty z páru snímačů teploty musí být zkoušeny bez svých jímek, ve stejné teplotní lázni při teplotách v rozsahu každého ze tří rozsahů teplot:

- pro  $\theta_{\min} < 20$  °C rozsah  $\theta_{\min}$  až  $\theta_{\min} + 10$  K nebo pro  $\theta_{\min} \geq 20$  °C rozsah 35 °C až 45 °C,
- rozsah 75 °C až 85 °C,
- rozsah  $\theta_{\max} - 30$  K až  $\theta_{\max}$

Hloubka ponoru zkoušeného snímače musí být alespoň 90 % celkové délky.

Pro teploty ve vratném potrubí nad 80 °C se musí vzít v úvahu pouze rozdíly teplot nad 10 K.

Pokud se měří elektrický odpor, proud musí být takový, aby výkonová ztráta nepřekročila 0,2 mW efektivní hodnoty (RMS).

Chyba měření při jednotlivých rozsazích teplot musí splnit požadavky na největší dovolené chyby při ověřování uvedené v článku 2.3.1.

### 7.3.3 Zkouška izolačního odporu

Izolační odpor snímače se měří stejnosměrným zkušebním napětím 100 V při teplotě mezi 15 °C až 35 °C, při vyšších teplotách napětím 10 V. Odpor se měří mezi vodiči vnitřního vedení (spojenými na svorkovnici hlavice nebo na konektoru) a pláštěm snímače. Měří se při teplotě laboratoře a relativní vlhkosti vzduchu (50 až 80) % a je-li to technicky možné, i v blízkosti maximální pracovní teploty snímače. Měření je nutno provést při obou polaritách napětí; platí nižší hodnota.

Není-li technicky možné provádět tato měření při zapojeném převodníku z důvodu hrozby jeho poškození, je dovoleno provést měření bez připojeného převodníku teploty.

Zjištěný izolační odpor nesmí být menší než 100 M $\Omega$ .

## 8 Oznámené normy

ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace metod zkoušení při ověřování, vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené normy“). Seznam těchto oznámených norem s přiřazením k příslušnému opatření oznámí ČMI společně s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových stránkách [www.cmi.cz](http://www.cmi.cz)).

Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto opatřením obecné povahy, za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.

## II.

## ODŮVODNĚNÍ

ČMI vydává k provedení § 24c zákona o metrologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a metody zkoušení při ověřování těchto stanovených měřidel.

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel

pod položkami 3.1.2 c) snímače teploty a 3.1.2 d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem mezi měřidla podléhající ověřování.

ČMI tedy k provedení § 24c zákona o metrologii pro tento konkrétní druh měřidla „měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu“ vydává toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky pro měřidla tepla a jejich členy – snímače teploty pro použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu a metody zkoušení při ověřování těchto stanovených měřidel.

Tento předpis (Opatření obecné povahy) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

### **III.**

## **POUČENÍ**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek § 173 odst.2 SprŘ.

Dle ustanovení § 172 odst. 5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle ust. § 94 až § 96 SprŘ. Účastník může dát podnět k provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ust. § 174 odst. 2 SprŘ vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.

### **IV.**

## **ÚČINNOST**

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění (§ 24d zákona o metrologii).

.....  
RNDr. Pavel Klenovský  
generální ředitel